## Фонарь неактиничный ОНИКО ФН-2Г

Этикетка ВААЧ.942817.001 ЭТ

1. Фонарь неактиничный ОНИКО (в дальнейшем - фонарь) предназначен для освещения рабочих мест при обработке рентгеновских пленок любой чувствительности в рентгеновских кабинетах медицинских учреждений. При обработке фотоматериалов расстояние до фонаря не ограничивается.

1	Технические	характеристики

- 2.2. Освещенность на расстоянии 20 см ...... 10 лк
- 2.4. Macca ...... 0,7 kr
- 3. Комплект поставки
- 3.1.Фонарь 1 шт.
- 3.2. Этикетка 1 шт.
- 1. Порядок работы
- 4.1. Вилку шнура питания вставить в розетку.
- 4.2. Выключить освещение.
- 4.3. Приступить к обработке рентгеновской пленки.
- 4.4. По окончании работы выключить фонарь, вынув вилку шнура из розетки.
- 1. Техническое обслуживание.
- 5.1. Раз в неделю фонарь протирать от пыли сухой ветошью.
- 5.2. Раз в месяц проверять целостность вилки и сетевого шнура
- 1. Правила хранения

Фонарь следует хранить в отапливаемом и вентилируемом хранилище при температуре окружающего воздуха от  $+40^{\circ}$  до  $+5^{\circ}$  С и относительной влажности 80% при  $25^{\circ}$  С.

## 7. Гарантии изготовителя

- 7.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу в течение 1 года при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.
- 7.2. В течение гарантийного срока изготовитель ремонтирует или заменяет изделие. При замене изделия гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.
- 7.3 Замечания и пожелания по усовершенствованию конструкции просим сообщить по адресу: 04070, г. Киев, ул. Волошская 55/57, т/ф 502-24-45, 417-31-04.

8. Свидетельство о приемке

Фонарь неактиничный ОНИКО ФН-2Г <u>62</u> признан годным для эксплуатации.

(заводской номер)

Дата выпуска

Z2006r.

OTK